

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1180304

Výrobek: PNEUVEN MEDI, PNEUVEN RELAX

Typ: PNEUVEN MEDI 6.7; 8.14
PNEUVEN RELAX 8.7; 8.14

Jmenovité hodnoty: Input: 100-240V ~, 50/60Hz, 0,9-0,45A
Output: 24 VDC, 1,5A 36W Max

Objednatel: EKOVIK MEDI, s.r.o.
Na Maninách 1590, 170 00 Praha - Holešovice, Česká republika

Výrobce: EKOVIK MEDI, s.r.o.
Na Maninách 1590, 170 00 Praha - Holešovice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 703687-01/01 ze dne: 05.04.2018, 403627-01/01 ze dne: 06.11.2014,
403627-01/02 ze dne: 06.11.2014, 403627-01/03 ze dne: 06.11.2014

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60601-1:2007+A1:2014
ČSN EN 60601-1-2 ed.3:2016
ČSN EN 60601-1-6 ed.3:2010
ČSN EN 60601-1-11:2011

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 403627 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.04.2021

03.05.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



403627-01